

武汉市仪器仪表研究所计量检测站

检定证书

证书编号：湿字第 2104411 号

送检单位 武汉登丰电力科技有限公司  
计量器具名称 智能微水测试仪  
型号/规格 DFWS-V  
制造单位 武汉登丰电力科技有限公司  
出厂编号 202104103  
检定依据 JJG499-2004 精密露点仪检定规程  
检定结论 合格，可以作为工作器具使用



批准人 黄艳

核验员 田汉亭

检定员 李艳

检定日期 2021 年 04 月 24 日

有效期至 2022 年 04 月 23 日

计量检定机构授权证书号：(武)法计(2018)B12号

电话：(027) 82605425

传真：(027) 82621717

地址：江大路 26 号

邮编：430010

证书编号： 湿字第 2104411 号

检定地点及环境条件：

地点： 站一楼实验室

温度： (22.0~24.0) °C

湿度： (58~65) %RH

其它： /

本次检定使用的计量标准装置

计量标准名称	测量范围	最大允许误差或不确定度等级或准确度等级	社会公用计量标准证书号/有效期
精密露点仪标准装置	露点：(-35~+50) °C	$\Delta Td \leq 0.15$ °C	(2016)武社量标企证字第 E0016 号 2022 年 4 月 5 日

  

计量标准器具名称	型号规格	编号	测量范围	最大允许误差或不确定度等级或准确度等级	证书编号有效期
精密露点仪	S-1S	112E09	(-35~+50) °CDP	$\Delta Td \leq 0.15$ °C	HXsp2120-2972 2022.12.5
标准湿度发生器	3RH - 3MC - 135APR	8001224	10%RH~99%RH	MPE: $\pm 2\%$ RH	湿字第 2107022 号 2022.6.15.

以上计量标准器具的量值溯源至国家基准。

证书编号： 湿字第 2104411 号

### 检定结果

1. 外观检查：符合要求

2. 示值误差：

序号	标准器示值		被检仪器示值平均值		
	温度 /°C	露点 /°C	温度 /°C	露点 /°C	示值误差 /°C
1	20.2	-40.47	/	-40.0	+0.47
2	20.2	-30.10	/	-29.6	+0.50
3	20.2	-20.14	/	-19.6	+0.54
4	20.2	-9.99	/	-9.6	+0.39
5	20.2	-0.12	/	-0.2	-0.08
最大示值误差		±0.54°C			

以下空白

声明：

1. 本证书提供的结果仅对本次被检的器具有效。

2. 本机构仅对加盖“武汉市质量技术监督局计量授权检定专用章”的完整证书负责。